

BIOPHEN CS-61(44)
Urokinase Chromogenic substrate
Vial of 25 mg/flacon de 25 mg

Ref. 229061

STORE AT
2-8°C

CONSERVER A
2-8°C

Lot : **FB0112**

Expiration : **2025-12-30**

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
1.	BIOPHEN CS-61(44) content /Taux de BIOPHEN CS-61(44)	
	27.5 mg	≥ 22 mg
2.	Purity grade (HPLC analysis) / Degré de pureté (Analyse HPLC)	
	99 %	≥ 95 %
3.	Solubility in water / Solubilité dans l'eau	
	12.5 mg/ml	> 5 mg/ml
4.	Free pNA content (OD _{405nm}) / Présence de pNA libre (DO _{405nm})	
	0.276	≤ 0.300
5.	Experimental Molecular weight / Poids moléculaire déterminé	
	462.3	462.5 ± 5

CONCLUSIONS

DATE : 2022-02-04 ☒ Passed/Conforme

☐ Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

NAME S.LECOURT

